

KRAS wt

Kras habe ich immer getrennt gemacht (WT+MUT), mit 65°C 45sec, 72°C 45sec, aber auch so ist nicht immer perfekt. Die PCR-s sind manchmal "Maschinen spezifisch", denn das gleiche Programm geht nicht gut auf anderen Maschine...

94 °C, 2 min

94°C, 30 sec → 35 cycles.

65°C, 45 sec

72°C, 45 sec

72°C, 7 min